



LNE

Le progrès, une passion à partager

Etat Membre

Member State

FRANCE

CERTIFICAT OIML

OIML CERTIFICATE

N° R 107/1997 – FR2 – 05.01

CERTIFICAT OIML DE CONFORMITE

OIML CERTIFICATE OF CONFORMITY

Autorité de délivrance (*Issuing Authority*)

Nom (*Name*) : Laboratoire National de Métrologie et d'Essais
Certification Instruments de Mesure

Adresse (*Address*) : 1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS CEDEX 15 - France

Personne responsable (*Person responsible*) : Monsieur Marc MORTUREUX

Demandeur (*Applicant*)

Nom (*Name*) : JANODET SA

Adresse (*Address*) : 34 RUE DEBORDEAUX, 02200 SOISSONS (FRANCE).

Fabricant (*Manufacturer*)

Le fabricant est le demandeur.
The manufacturer is the applicant

Identification du type certifié (*Identification of the certified pattern*)

Instruments de pesage totalisateurs discontinus à fonctionnement automatique (peseuses totalisatrices à trémie) type EXECUTIVE +

Discontinuous totalizing automatic weighing instrument (totalizing hopper weigher) type EXECUTIVE +

Pour des caractéristiques additionnelles, voir page 2

For further characteristics, see page 2

Ce certificat atteste la conformité du modèle mentionné ci-dessus (représenté par les échantillons identifiés dans les rapports d'essai associés) aux exigences de la Recommandation suivante de l'Organisation Internationale de Métrologie Légale – OIML) :

This certificate attests the conformity of the above-mentioned pattern (represented by the samples identified in the associated test reports with the requirements of the following Recommendation of the International Organization of Legal Metrology – OIML) :

R 107 / 1997 pour les classes d'exactitude **0,2 0,5 1 et 2**

R 107 / 1997 for accuracy classes 0,2 0,5 1 et 2

Ce certificat s'applique uniquement aux caractéristiques métrologiques et techniques du modèle d'instrument concerné, telles que couvertes par la Recommandation Internationale applicable.

This certificate relates only to the metrological and technical characteristics of the pattern of instrument concerned, as covered by the relevant OIML International Recommendation.

Ce certificat ne constitue en rien une approbation internationale à caractère légal.

This certificate does not bestow any form of legal international approval.

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

CERTIFICAT OIML
OIML CERTIFICATE
N° R 107/1997 – FR2 – 05.01

La conformité a été établie par les résultats d'essais et examens fournis dans les documents associés suivants :
The conformity was established by the results of tests and examinations provided in the associated following documents :

- Liste de contrôle LNE-ChLst-F050347-D1 (10 pages),
- Rapport d'essai LNE-DDC/72/B011670-D2-1 – Document CMI/1 (36 pages),
- Rapport d'essai LNE- B011670-D2 – Document CQPE/2 (20 pages),
- Rapport d'essai LNE- C031330-D1 – Document CQPE/1 (18 pages),
- Rapport d'essai LNE-F050347-D1_R107 / 1 (9 pages)

Paris, le - 5 OCT. 2005
L'autorité de délivrance
(Issuing Authority)



Marc MORTUREUX

Paris, le - 7 OCT. 2005
Le membre du CIML
(CIML Member)



Gérard LAGAUTERIE

*
**

Identification du type certifié – suite de la page 1
(Identification of the certified pattern) – page1 continued

- Portée maximale : $\text{Max} \geq 6 \text{ kg}$
- Portée minimale : $\text{Min} \geq \frac{1}{2} \text{ Max}$
- Echelon de totalisation : $d_t \geq 5 \text{ g}$
- Etendue de températures : $-10 \text{ }^\circ\text{C}$ à $+40 \text{ }^\circ\text{C}$

Dispositif équilibreur et transducteur de charge constitué par un, deux, trois ou quatre capteurs à jauges de contrainte à sortie analogique et faisant l'objet d'un certificat de conformité à la R60.

Note importante : A part la mention du numéro de référence du certificat avec le nom de l'Etat Membre de l'OIML dans lequel le certificat a été délivré, une reproduction partielle du certificat ou des rapports d'essai associés n'est pas autorisée, mais ils peuvent être reproduits dans leur totalité.

Important note : Apart from the mention of the certificate's reference number and the name of the OIML Member State in which the certificate was issued, partial quotation of the certificate or the associated test report is not permitted, though they may be reproduced in full.)